

Analyslide™ Petri Dish

スライドとペトリデッシュを合体

製品番号	7231
包装単位	100/箱
構成材質	ベース、蓋：ポリスチレン
フィルタサイズ	直径47 mmのフィルタに適合



特徴

- ・ 長方形のベースは、ほとんどの顕微鏡の試料台に適合
- ・ サンプル観察の邪魔にならない設計の気密性保持用内側カバーリング
- ・ ベース上のすりガラス状部分に、鉛筆やマーカーペンを使ってサンプルの識別を行うことが可能

アプリケーション

- ・ ペトリデッシュにサンプルメンブレンを入れて顕微鏡検査ができるため汚染される心配がありません。
- ・ メンブレンフィルタを保護しながら、移動や保管ができます。

東京ダイレック 取り扱いフィルタ

石英繊維フィルタ 2500QAT-UP



- PM2.5の成分分析
(炭素成分分析、イオン成分分析)
- 作業環境空気中の金属類の定量分析 (マンガンおよびその化合物・砒素およびその化合物など) 等にご使用頂いております。

フッ素樹脂バインダー ガラス繊維フィルタ TX40HI20-WW



- 作業環境測定用の粉じん測定 (フィルタ捕集法)
- モビリティ排気微粒子計測
- アスベスト分析
- マイクロプラスチック捕集 等にご使用頂いております。

PTFEメンブレンフィルタ TCPT47 (型式：7592-104)



- PM2.5やPM10等の大気中浮遊粒子のサンプリング
- PM2.5質量濃度および成分分析 (無機元素/イオン成分) 等にご使用頂いております。

Dylec 東京ダイレック株式会社

東京本社 〒160-0014 東京都新宿区内藤町1 内藤町ビルディング
TEL 03-3355-3632 FAX 03-3353-6895 (代表)
TEL 03-5367-0891 FAX 03-5367-0892 (営業部)

<https://www.t-dylec.net/> e-mail : info@tokyo-dylec.co.jp

TOKYO DYLEC CORP.

西日本営業所 〒601-8027
京都市南区東九条中御霊町53-4-4F
TEL 075-672-3266 FAX 075-672-3276